



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«1472 ВОЕННО-МОРСКОЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ  
ГОСПИТАЛЬ»

г. Севастополь, 299001

«25» 04 2022 г. № 1578

на № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Научно-производственная  
фирма «Медтехника»

Направляю отзыв о работе прибора для вакуумной терапии ран «ПВТ-200», предоставленном во временное безвозмездное владение и пользование ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России по договору № 1 от 18 января 2022 г.

Приложение: Отзыв... на 1 л.

Начальник ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России

В.Мурынин

## ОТЗЫВ

о работе прибора для вакуумной терапии ран «ПВТ-200»

Прибор для вакуумной терапии ран «ПВТ-200» использовался в отделении гнойной хирургии ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России при лечении 5 больных в марте и апреле 2022 года.

Пролечены больные с хроническими ранами на фоне варикозной болезни, сахарного диабета (синдром диабетической стопы) больной с обширной некротической раной культы правого бедра после ампутации нижней конечности и один больной с раной после касательного огнестрельного ранения левого надплечья.

Во всех случаях получен положительный результат в виде очищения ран от некротических тканей, появления ярких красных грануляций, что позволило закрыть раны методом аутодермопластики в 3 случаях и ушить раны в двух случаях.

Положительные характеристики прибора «ПВТ-200»:

- достаточная компактность
- низкий уровень шума при работе
- возможность использования в режиме постоянного и переменного разрежения
- достаточный диапазон создаваемого отрицательного давления
- высокая вероятность возможности ремонта прибора в связи с производством его в России.

Недостаток: высокая цена.

Целесообразно иметь 2 прибора «ПВТ-200» в отделении гнойной хирургии ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России.

Заведующий отделением гнойной хирургии  
ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России:



Н. Давидян.